



ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: сл.
Датум: 24.12.2018. године
Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.12.
лабараторијски материјал

Сходно члану 63. Став 2. Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне документације за набавку лабораторијског материјала за партију 1 набавка хематолошког материјала и реагенаса и закуп хематолошког апарата дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.1.12

Питање понуђача:

- Као партија 1 Ваше тендерске документације за ЈН 1.1.12, тражено је давање хематолошког бројача у закуп. Једна од тражених карактеристика је да запремина узорка буде 25 микролитара.
- Да ли је прихватљиво да запремина узорка буде 30 микролитара, јер сматрамо да то не представља значајнију промену запремине узорка, будући да су то буквално још две додатне капи крви?

Одговор:

Прихватљиво је да запремина узорка буде до 30 микролитара крви.
Имајући у виду наведено извршићемо измену конкурсне документације.

С поштовањем

Председник комисије за јавне набавке дипл.правник Милорад Павловић _____
Члан комисије за јавне набавке Др.Татјана Петровић _____