



ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ

Број:

Датум: 29.10.2019.године

Питање за поступак јавне набавке мале вредности- Набавка лабораторијског намештаја-редни број 1.1.20

Питањебр.1- Да ли ставке у тендерској документацији под бројем 2,7,9,13 могу садржати металне ногаре са штелујућим ногицама?

Одговор; Наручилац прихвата да Понуђач може понудити добра која садрже металне ногаре са штелујућим ногицама.

Питање бр.2- Да ли за ставку 12,спецификација може одступати +- 35%, зато што постоје модели којима могу пружити исти квалитетосветљења , а разликују се у односу на снагу или поједину карактеристику које сте навели у спецификацији панела?

Одговор: Наручилац не може прихватити наведено одступање , имајући у виду величине просторија као и намену истих.

Наручилац остаје код параметара датих у конкурсној документацији.

ЗАМЕНИК  
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

.....  
Верица Ракић