

Понуда бр. _____ од _____ за набавку добра аспиратор.

Место испоруке добара је Дом здравља Младеновац, Краљице Марије број 15 Младеновац.

Обавезујемо се да квалитетно извршимо набавку наведеног добра поштујући све важеће прописе и стандарде.

Понуђач је неопходно да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке и да је достави у понуди фотокопију.

Аспиратор мора бити регистрован код Агенције за лекове и медицинска средства и уз понуду доставити важеће решење Агеније за лекове и медицинска средства за стављање средства у промет.

Понуду и пратећу документацију доставити скенирано на емаил nabavke@dzmladenovac.rs или поштом на адресу Дом здравља Младеновац Краљице Марије број 15 најкасније до 19.03.2024. године до 12 часова.

Критеријум за избор је најнижа понуђена цена под истим условима.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:		
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:		
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:		
ПИБ:		
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:		
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail):		
ТЕЛЕФОН:		
ТЕЛЕФАКС:		
Број рачуна понуђача и назив банке:		
Лице овлашћено за потписивање уговора:		
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ – директор:		
Прихватам све наведене услове постављене у овом обрасцу, (заокружити опцију-или обележити на одговарајући начин да се може закључити која опција је у питању)!	ДА	НЕ

Штамбиљ понуђача

Број понуде: _____

ПОНУДА ЗА АСПИРАТОР

Р. Б.	Назив производа - опис	Произвођач и модел	Ј.М.	кол ичи на	Цена по Ј.М. без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	<p>Батеријски аспиратор - портабилни</p> <p>Минималне техничке карактеристике које мора да испуни аспиратор:</p> <p>Професионални аспиратор са батеријом на пуњење и главним напајањем.</p> <p>Батеријски аспиратор високог вакуума</p> <p>.Поред стандардног прикључка за мрежно напајање поседује и прикључак за напајање у санитету,</p> <p>Аспиратор високог вакуума</p> <p>Напон 12VDC</p> <p>Опсег нивоа вакуума 0÷ -0,85 бар (а може и већи вакуум 0÷ -0,90 бар)</p> <p>Проток ваздуха минимум 30 l/min</p> <p>Капацитет батерије најмање 45 минута под максималним притиском.</p> <p>Пуњачка јединица.... 100-240 V 50/60 Hz 14 Vdc</p> <p>Уређај се испоручује са следећим :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аутоклавабилна поликарбонатна посуда од 1 литра са заштитом од преливања; -99% антибактеријски хидрофобни филтер (2 комада) -Торбица за ношење - Сет силиконских стерилизабилних црева - Носач за санитет са интегрисаним пуњачем 		Ком.	1			
2.	Остали трошкови						
3.	Укупно						

Напомена : Уз понуду доставити проспекти или каталог из којег се може закључити да испуњава тражене карактеристике, тражене карактеристике обележити маркером у достављеном документу.

Услови:

Начин, рок и услови плаћања (авансно плаћање није дозвољено) :

Гарантни рок (не мањи од 24 месеца): _____

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања (не може бити краћи од 60 дана) : _____

Рок испоруке: _____

Остали услови: _____

Место: _____
Датум : _____

М. П.

потпис овлашћеног лица
