



ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ

Број: сл

Датум: 24.06.2014. године

Младеновац

Pitanja za pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku sanitetskog vozila broj nabavke 1.1.4 i odgovor na postavljena pitanja:

1) Šta se mislilo u članu 4.2 *dokazivanje ispunjenosti uslova* pod tačkom 6. *Važeća dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa*-na šta se konkretno odnosi dozvola i koji organ to izdaje?

Odgovor: u ovom postupku javne nabavke ne postoji (važeća) dozvola za obavljanje ove vrste delatnosti.

2) U opisu opremanja vozila postoje velike nejasnoće koje predstavljaju osnov za obaranje tendera i za koje, u samom opisu, samo onaj ko je pisao, može da zna o čemu se radi:

- Koliko ukupno sedišta treba da se nalazi u bolesničkoj kabini i koje su njihove tehničke karakteristike (zaklapajuća, okretna, itd...)?

Odgovor: u bolesničkoj kabini postoje dva sedišta, koja su sklapajuća i rotirajuća.

- Koliko ležaja treba vozilo da ima i koje treba da budu njihove tehničke karakteristike ?

Odgovor: Jedno ležaj (nosilo) mora biti automatsko samosklopivo nosilo, dužine 1900 – 2000 mm, širine 500 – 600 mm, nosivosti 160-180 kg. Nosilo mora posedovati rešenje Agencije za lekove.

- Da li je klima u bolesničkom prostoru jedinstvena klima sa dvojnim komandama (i u vozačevom i u bolesničkom delu) ili je u pitanju dodatna klima za bolesnički prostor i da li ona podrazumeva i grejanje i hlađenje?

Odgovor: Klima u bolesničkom prostoru mora biti zasebna jedinica sa svojom komandom. Takođe ova jedinica podrazumeva i hlađenje i grejanje.

- Šta se podrazumeva pod standardnom bojom spoljašnosti vozila i po kom je to standardu traženo?

Odgovor: Standardna boja spoljašnosti vozila podrazumeva uobičajenu belu boju.

- Kojim materijalom treba da bude obložen bolesnički prostor i kakav treba da bude raspored ormarića, polica i pregrada za smeštaj dodatne medicinske opreme u njemu?

Odgovor: Obloge u bolesničkom prostoru moraju biti od poliestera i ABS plastike, ili kombinacija oba materijala. Raspored ormarića i polica mora biti takav da se mogu ugraditi medicinski aparati (EKG, defibrilator, aspirator).

- Kakvi sigurnosni elementi za prevoz bolesnika i osoba koje se prevoze u bolesničkom delu se traže (sigurnosni pojasevi, rukohvati, itd...)?

Odgovor: pod sigurnosnim elementima za prevoz bolesnika i osoba koji se prevoze u bolesničkom prostoru podrazumeva se: rukohvati celom dužinom i na ulaznim vratima, pojasevi za vezivanje na nosilu (2 kom.) i pojasevi na sedištima. U zadnjem desnom delu mora biti pomoćna klupa za dve osobe.

Predsednik komisije
Dipl.pravnik Mijat Abazović
