

Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за набавку добра лабораторијска центрифуга.

Место испоруке добара је Дом здравља Младеновац, Краљице Марије број 15 Младеновац. Обавезујемо се да квалитетно извршимо набавку наведеног добра поштујући све важеће прописе и стандарде.

Понуђач је неопходно да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке и да је достави у понуди фотокопију.

Центрифуга мора бити регистрована код Агенције за лекове и медицинска средства и уз понуду доставити важеће решење Агеније за лекове и медицинска средства за стављање средства у промет.

Понуду и пратећу документацију доставити скенирано на емаил [nabavke@dzmladenovac.rs](mailto:nabavke@dzmladenovac.rs) или поштом на адресу Дом здравља Младеновац Краљице Марије број 15 најкасније до 11.10.2024. године до 12 часова.

Критеријум за избор је најнижа понуђена цена под истим условима.

Наручилац може да одустане од набавке ако ми ниједна понуда не одговара или из других разлога.

### ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

<b>НАЗИВ ПОНУЂАЧА:</b>		
<b>АДРЕСА ПОНУЂАЧА:</b>		
<b>МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:</b>		
<b>ПИБ:</b>		
<b>ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:</b>		
<b>ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail):</b>		
<b>ТЕЛЕФОН:</b>		
<b>ТЕЛЕФАКС:</b>		
<b>Број рачуна понуђача и назив банке:</b>		
<b>Лице овлашћено за потписивање уговора:</b>		
<b>ОДГОВОРНО ЛИЦЕ – директор:</b>		
Прихватам све наведене услове постављене у овом обрасцу и испуњавам све тражене техничке карактеристике, ( заокружити опцију-или обележити на одговарајући начин да се може закључити која опција је у питању )!	ДА	НЕ

## ПОНУДА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ЦЕНРИФУГУ

Р. Б.	Назив производа - опис	Произвођач и модел	Ј.М.	кол ичи на	Цена по Ј.М. без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1.	<b>Минималне техничке карактеристике које стона лабораторијска центрифуга мора да испуњава:</b> -Стона лабораторијска центрифуга са слободно ротирајућим ротором; -Слободно ротирајући ротор минимални капацитет 24 места за епрувете за крв и урин мах Ø 16 x 106 mm, центрифугирање са чепом; -Максимална брзина са ротором минимум 4000 rpm / RFC 2,379 x g ; -Дигитални LCD дисплеј са параметрима рада ; - Минимум 10 програма за рад ; - Минимум са по 2 криве убрзавања и кочења ; -Одложени старт за параметар коагулације за серумске епрувете; -Комора од нерђајућег челика ; - Контрола баланса, контрола прекорачења брзине ; -Моторизовано закључавање поклопца и аутоматско отварање ; - Прозор на поклопцу за екстерни надзор брзине ; - Димензије 30 x 40 x 55 cm ; -Израђена према безбедносним стандардима за лабораторијску опрему EN 61010-2-020 или одговарајуће.		Ком.	1			
2.	Остали трошкови						
3.	Укупно						

**Напомена : Уз понуду доставити проспекат или каталог из којег се може закључити да испуњава тражене карактеристике, тражене карактеристике обележити у достављеном документу.**

Услови:

Начин, рок и услови плаћања( одложено минимум на десет месечних рата ) :

Гарантни рок (не мањи од 24 месеца):

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања ( не може бити краћи од 60 дана ) :

Рок испоруке: \_\_\_\_\_

Остали услови: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

М. П.

потпис овлашћеног лица

Датум : \_\_\_\_\_

В.Д. ДИРЕКТОРА  
др Витомир Исајловић