



ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ

Број: сл.

Датум: 14.07.2015. године

Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.1.10. санитарски и остали материјал

Сходно члану 63. Став 2. Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне документације за санитарски и остали материјал дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.1.10 санитарски и остали материјал.

- за партију 1 за ставку број 22 хируршки конац.

Питање: да ли Вам је потребан ресорптивни или нересорптивни конац?

**Одговор:** Потребан је нересорптиван конац.

- За партију 2

Питање број 1

На страни 4 конкурсне документације под насловом тачке 3. навели сте да ``добра морају бити стандардног квалитета``

Молимо вас да за партију 2 дефинишете доказе којима се може утврдити ``стандардни квалитет``

- СЕ сертификат за стерилне производе
- Изјаву о усклађености
- Произвођачки атест понуђених добара

**Одговор:** Бришу се речи ``добра морају бити стандардног квалитета``.

Питање број 2:

Молимо Вас да за артикал под редним бројем 1. нестерилна газа 100м x 80цм прецизно дефинишете коју густину ткања газе тражите по важећем стандарду 17 нити ( 10/7) или 20 нити (12/8) по цм2.

**Одговор:** Тражимо густину ткања газе 17 нити (10/7) по цм2.

С поштовањем

Комисија за јавне набавке  
председник комисије за јавне набавке

Мијат Абазовић

---