



ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ

Број: сл.

Датум: 14.08.2015. године

Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.2.6. одржавање и поправка медицинске опреме

Сходно члану 63. Став 2. Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне документације за одржавање и поправку медицинске опреме дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.2.6.

Питање понуђача

“За партију 4 одржавање и поправка интернистичних апарата неопходно је да сервисери буду обучени за сервисирање и поправку појединих (не свих наведених) апарата које поседује наручилац.“

Да ли ће бити прихватљива понуда уколико понуђач достави сертификате сервисера за опрему наведену у партији других произвођача, имајући у виду да Ваш услов омогућава понуђачима који поседују сертификат нпр. За боцу за кисеоник произвођача Weinmann или инхалатора произвођача Prizma да обављају сервис и поправку нпр.

Сматрамо да понуђач који има сертификат за сервисирање ЕКГ апарата, СТГ апарата, дефибрилатора другог произвођача и уједно испуњава услове у виду поседовања мерних биомедицинских уређаја за испитивање горе наведене опреме свих произвођача у потпуности може да испуни уговорне обавезе.

Одговор:

За наручиоца је прихватљива понуда понуђача који достави сертификате сервисера за сервисирање и поправку појединих (не сви наведених) апарата које поседује наручилац а који могу бити издати од стране другог произвођача опреме.

Питање понуђача

Даље, као додатни услов за партију бр. 4 навели да је неопходно да понуђач поседује уређаје за испитивање медицинске опреме: ЕКГ симулатор, дефибрилатор тестер и СТГ тестер или одговарајуће.

- Молимо Вас да прецизирате или да подразумевате да захтевани уређаји буду биомедицински уређаји који испитују претежно медицинску опрему свих произвођача у складу са стандардом IEC/ISO 60601 (Medical Electro Equipment Electrical Safety & Essential performance)

“Молимо Вас да измените конкурсну документацију у поседовање еталонираних мерних биомедицинских уређаја за испитивање медицинске опреме са могућношћу издавања писменог извештаја о исправности апарата.“

Јер само овакви уређаји могу испунити захтеве стандарда у складу са којим су и произведени уређаји за које набављате услуге сервисирања.

- Претпостављамо да захтевани биомедицински уређаји треба да буду еталонирани у складу са Законом метрологији те и предлажемо измену конкурсне документације да се уз изјаву доставе и сертификати о калибрацији/еталонирању мерног биомедицинског уређаја, као једини доказ да је биомедицински уређај са којим се

врши испитивање медицинске опреме исправан, имајући у виду да је предмет сервисирања врло софистицирана опрема за коју је потребно обезбедити максималну прецизност.

- Даље увидом у опрему која је предмет сервисирања за партију бр. 4 увидели смо да поседујете
 - Термокаутере одређеног произвођача
 - Аспираторе одређених произвођача

Као потенцијални понуђачи предлажемо Вам измену и допуну документације у смислу захтеваних биомедицинских уређаја које потенцијални понуђачи треба да поседују и то понуђачи:

- Осим захтеваних уређаја треба да поседују и биомедицински уређај за испитивање електрохируршких јединица и електробезбедности за издавање писменог извештаја са оствареним снагама уређаја као доказ да је уређај који поседујете заиста исправан.

Ово све из разлога јер термокаутери подлажу испитивању и провери излазних снага уређаја и електробезбедности са циљем превенције опекотина код пацијента услед неуспешних задатака и стварно испоручених снага електрохируршких јединица са издавањем писменог извештаја

- Уједно Вам предлажемо и измену у погледу биомедицинских уређаја за испитивање захтеваног и оствареног притиска приликом рада аспиратора.

Одговор наручиоца

Не може се прихватити Ваш предлог јер је захтев из конкурсне документације јасан и ради се о биомедицинским уређајима за испитивање медицинске опреме : ЕКГ симулатор, дефибрилатор тестер, ЦТГ тестер или одговарајуће.

Даље, Законом о метрологији и Правилником о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања`Сл гласник РС`бр. 49/2010 и 110/2013 јасно је прецизирано које апарате/уређаје и у ком временском интервалу је неопходно еталонирати а који су у интересу једне здравствене установе а то су:

- Ваге
- Манометри за мерење крвног притиска
- Медицински термометри (стаклени и електрични)
- Спектрофотометри који се користе у функцији заштите здравља
- Детектори јонизујућег зрачења који се користе у функцији заштите здравља и опште безбедности и заштити животне средине.
- Дозиметри који се користе у функцији заштите здравља

Питање: Да ли постоји могућност да се из партије 4 издвоје апарати инхалатор Носpineв Gima и Дефибрилатор Метрах у засебне партије?

одговор:

У овом тренутку је немогуће издојити посебне партије , имајући у виду план набавки и одлуку о покретању поступка, а било је година када није ни било кварова на наведеним апаратима.

С поштовањем

Комисија за јавне набавке
председник комисије за јавне набавке

Мијат Абазовић
