



**ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ

Број: сл.

Датум: 16.11.2015. године

Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.2.7.  
одржавање и поправка стоматолошке опреме

Сходно члану 63. Став 2. Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне документације за набавку услуге одржавања и поправке стоматолошке опреме дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр. 1.2.7

Питање:

- Ред.бр.5 електромагнетни вентил сисалке ( за који апарат)

Одговор: за апарат Југодент Електра 2000Г.

- Ред.бр.6 електромагнетни вентил прикључне ( за који апарат)

Одговор: за апарат Југодент Електра 2000Г.

- Ред.бр.7 кабел анласера ( за који апарат)

Одговор: за апарат Југодент Електра 2000Г.

- Ред.бр.14-уложак главе колењака WH (за који модел колењака)

Одговор: за мали колењак 58 Е

- Ред.бр.26-електромагнетни вентил – за који апарат и за коју функцију?

Одговор: за апарат Југодент Електра 2000Г. За погонски ваздух турбине

- Ред.бр.28-грло рефлектора – за који тип рефлектора и ако је за Југодент округли да ли треба са кпт. носачем грла?

Одговор: за апарат Југодент Електра 2000Г. За округли рефлектор са кпт.

С поштовањем

Комисија за јавне набавке  
председник комисије за јавне набавке

Мијат Абазовић

---