



ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ

Број: сл.

Датум: 22.04.2016. године

Младеновац

Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације ЈН Ред.бр. 1.1.15 Набавка медицинске опреме

Сходно члану 63. Став 2. Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне документације за набавку добара - медицинске опреме дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији.

Питање понуђача:

За партију br. 3

Као заинтересовани понуђачи у предметној набавци и ексклузивни заступници renomiranog svetskog произвођача предметне опреме, molimo Vas да нас обавестите да ли ћете прихватате понуду за апарат који је:

- 12 kanalni aparat
- Posедује format штампе bez ritam odvoda
- Posедује podešavanje osetljivosti 2.5/5/10/20 mm/mV
- Posедује podešavanje brzine штампе 5/10/25/50 mm/s
- Posедује širinu termalnog štampača 112 mm

Одговор наручиоца

- Како је наручилац планом набавки и одлуком о покретању поступка у складу са својим потребама планиро набавку шестоканалног апарата као и да се набавка финансира из средстава града Београда где је предвиђена набавка 6-каналног апарата, нисмо у могућности да исти преиначимо на 12-канални апарат.
- Ритам одводи су веома важни за дијагностику и клиничку процену стања пацијената, те наручилац не може прихватити измену конкурсну документацију.
- Наручилац је предвидео подешавање осетљивости у опсегу који је у складу са реалним потребама, те наручилац не може прихватити измену конкурсну документацију.

- Наручилац је предвидео подешавање брзине штампе у опсегу који је у складу са реалним потребама тј. могуће је прилагодити оперативну ефикасност и брзину сходно потребама корисника и пацијента, наручилац неће мењати конкурсну документацију
- Како је штампач ширине 112мм већи од минималне тражене, оваква понуда би била прихватљива

За партију бр. 4

Питање:

- Kolor Ekran sa mogućnošću rotiranja do 90 stepeni, imajući u vidu namenu proizvoda.
- Skladištenje podataka u internoj memoriji za 40 sati, sa mogućnošću skladištenja podataka na eksternu memoriju (što je svakako sigurnija) a svakako ste je tražili.

Одговор:

- Наручилац сматра да ротација екрана од 360 степени омогућава већи конфор и ефикасност рада оператера, те неће мењати конкурсну документацију
- Наручилац не сматра да је сигурније складиштити податке на екстерну меморију, јер постоји велика могућност техничког оштећења самог преносног уређаја и губитка података, те неће мењати конкурсну документацију.

Питање понуђача

За партију бр. 1

1. Molimo naručioca da precizira da li je pod stavkom "Autoklav je samostojeći" podrazumevao da je sam autoklav konstrukcijski rešen jednodelno tako da ne zahteva postavljanje da **dodatna** postolja ili ormane.
2. Molimo naručioca da precizira da li je pod stavkom " Zaključavanje vrata dvostruko sigurnosno" podrazumevao da se vrata zaključavaju:
 - 1.rotacionom mehaničkom bravom od strane operatera
 2. a nakon toga i automatski sigurnosnom elektro-mehaničkom bravom

Одговор наручиоца

1. Наручилац је предвидео да је уређај једноделан и да не захтева додатна постоља или ормане
2. Наручилац је предвидео двоструко сигурносно закључавање врата, са ротационом механичком бравом и елетро механичком бравом

Комисија за јавне набавке
председник комисије за јавне набавке

Мијат Абазовић
