



**ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ**  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ  
Број: сл.  
Датум: 12.07.2017. године  
Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.2.6. одржавање и поправка медицинске опреме

Сходно члану 63. Став 2. Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне документације за услугу одржавања и поправке медицинске опреме дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.26.

**Питање понуђача:**

У јавној набавци 1.2.6. Одржавање и поправка медицинске опреме  
За партије 1,2,3 и 4 као додатни услов тражите поседовање стандарда ISO 13485  
Стандард ISO 13485 односи се искључиво на производњу и сервис медицинске опреме.  
Партија 1 су оптички апарати  
Партија 2 су термички апарати апарати  
Партија 3 је лабораторијска опрема  
Молим Вас да имајући у виду ЧЛ.10 Закона о јавним набавкама  
Овај додатни захтев избришете.

**Одговор:**

Будући да је предмет јавне набавке **Одржавање и поправка медицинске опреме** а како је потенцијални понуђач и сам закључио, тражени стандард ISO 13485 односи се на производњу али исто тако и на **сервис медицинске опреме**, што Наручилац између осталог сматра за гаранцију квалитетног и ефективног сервисирања медицинске опреме, те ради свега наведеног Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

Наручилац је при дефинисању конкурсне документације у оквиру партије бр.1 дефинисао набавку услуге одржавања и поправке оптичких апарата и уређаја. У оквиру партије бр.2 дефинисана је набавка услуге одржавања и поправке термичких апарата и аутоклава. У оквиру партије бр.3 дефинисана је набавка услуга одржавања и поправке лабораторијске опреме.

Сви уређаји чије је сервисирање обухваћено наведеним партијама подлежу дефиницији медицинских средстава тако да је примерено томе и дефинисан захтев да понуђач има уведен систем менаџмента квалитетом ISO 9001 и ISO 13485 из области сервисирања медицинске опреме.

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и поступити у складу са чланом 70. и 71 Закона о јавним набавкама и изменити наведени захтев тако да исти гласи:

За партије 1,2,3,4 неопходно је да понуђач има уведен систем менаџмента квалитетом ISO 9001 и ISO 13485 из области сервисирања медицинске опреме, или одговарајући то јест за ISO 9001 (:2008 ili :2015) і за ISO13485(:2012 ili :2014)".

С поштовањем

Комисија за јавне набавке  
председник комисије за јавне набавке  
Гордана Прокић

---