



ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ

Број: сл.

Датум: 17.07.2017. године

Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.2.6. одржавање и поправка медицинске опреме

Сходно члану 63. Став 2. Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне документације за услугу одржавања и поправке медицинске опреме дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.2.6.

#### **Питање понуђача:**

Молим Вас за појашњење конкурсне документације, а у спрези ЈН 1.2.6

У конкурсној документацији сте као један од услова навели:

-ISO 9001 и ISO 13485, за партије 1,2,3,4

Питање гласи : Да ли сматрате да за сервис рендген опреме није потребно поседовати ISO сертификате и да је она мање битна од остеле опреме за коју сте навели поседовање истих?

Такође за партију 5-рендген опрема сте навели да је потребно доставити Лиценцу за сервис и промет.

Обзиром да је предмет ЈН сервис медицинске опреме, а не набавка исте, молим Вас да изопштите услов Лиценца за промет и ускладите са основним начелима ЈН:

-Начело обезбеђивања конкуренције , Чл.10 ст.1 ЗЈН

-Начело једнакости понуђача Чл.12 ст.2 ЗЈН

#### **Одговор:**

Наручилац се при дефинисању услова у оквиру конкурсне документације није водио поделом медицинских уређаја по ``важности`` будући да су сви подједнако важни за несметано функционисање здравствене установе, већ истраживањем тржишта како би обезбедио испуњавање чланова 10 и 12 Закона о јавним набавкама.

За партију 5 одржавање и поправка рендген опреме навели смо да понуђачи морају имати Лиценцу Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарнусигурност Србије за сервисирање и за промет добара а ви сте тражили да изопштимо услов Лиценца за промет.

Неможемо прихватити Ваш предлог јер да би понуђачи могли да врше одржавање и поправку рендген опреме неопходно је да имају Лиценцу Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарнусигурност Србије за сервисирање и за промет добара јер за поједине резервне делове наведене у конкурсној документацији - у лагер листи резервних делова понуђачи морају поседовати Лиценцу Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарнусигурност Србије за промет добара. На тај начин Наручилац има за циљ да обезбеди доступност резервних делова од стране понуђача

Тако да у свему остајемо при условима наведеним у конкурсној документацији.

С поштовањем

Комисија за јавне набавке  
председник комисије за јавне набавке  
Гордана Прокић