



ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ

Број: сл.

Датум: 14.11.2017. године

Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације за јавну набавку услуге одржавања и поправке стоматолошке опреме ЈНМВ бр.1.2.7

Сходно члану 63. Став 2. Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуге одржавања и поправке стоматолошке опреме ЈНМВ бр.1.2.7 дајемо додатне информације и појашњења конкурсне документације.

Питање понуђача:

Детаљном анализом конкурсне документације за јавну набавку услуга одржавања и поправке стоматолошке опреме ЈНМВ бр.1.2.7 закључујемо да су нам потребна додатна појашњења конкурсне документације.

Наиме наручилац је у тендерској документацији као додатне услове за учешће у поступку за партије 2 и 3 тражио да понуђач има лиценцу агенције за заштиту од јонизујућег зрачења за сервисирање и промет добара као и да један од радника има потврду о завршеној обуци за заштиту од јонизујућег зрачења.

У обе партије се ради о уређајима који емитују рендгенско зрачење, а чије сервисирање могу обављати искључиво овлашћени сервисери, јер се једино тако може осигурати да ће у у уређај бити уграђени оригинални резервни делови, као и да ће сервисирање бити обављено на начин који је прописао произвођач опреме, питамо да ли је за наручиоца прихватљиво да уз постојеће додатне услове дода и следећи услов:

Да је понуђач овлашћени сервисер предметне опреме (доказ копија ауторизације произвођача), као и да има минимум једног обученог сервисера од стране произвођача (доказ копија сертификата издатог од стране произвођача опреме).

Сматрамо да се нестручним и неауторизованим сервисирањем може угрозити не само исправност апарата него и здравље пацијената.

Одговор:

Делимично прихватамо сугестије изнете у питању понуђача и извршићемо измену конкурсне документације и продужити рок за достављање понуда.

С поштовањем

Комисија за јавне набавке
председник комисије за јавне набавке
Милорад Павловић
