



ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: сл.
Датум: 04.08.2016. године
Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.2.5. одржавање и поправка медицинске опреме

Сходно члану 63. Став 2. Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне документације за услугу одржавања и поправке медицинске опреме дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.2.5.

Питање понуђача:

У партији бр.4 има више уређаја различитих произвођача. С обзиром да за исту партију тражите као доказ сертификат сервисера, да ли би могли да из партије издојите дефибрилатор Metrax i CTG FC 700 (јер смо овлашћени сервис и дистрибутер оригиналних резервних делова) у посебну партију?

Одговор:

Ваш предлог да дефибрилатор Metrax i CTG FC 700 издојимо у посебну партију јер сте ви овлашћени сервис и дистрибутер оригиналних резервних делова не можемо прихватити јер би на тај начин онемогућили осталим понуђачима који се баве сервисирањем наведеног апарата да доставе понуде а што је у супротности са члан 10.ЗЈН и члан 12.ЗЈН.

А ви као понуђач имате могућност да поднете заједничку понуду са осталим понуђачима и на други начин прописан ЗЈН.

Имајући у виду све наведено, одлуку о покретању поступка и остале околности нисмо у могућности дефибрилатор Metrax i CTG FC 700 издојимо у посебну партију .

С поштовањем

Комисија за јавне набавке
председник комисије за јавне набавке
Гордана Прокић
